



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.04.000.М.001236.06.17 ОТ 13.06.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV групп патогенности, осуществляемой в замкнутых системах, согласно приложению

ООО "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" по адресу: 123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д.14, корп. 1 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322-08 санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3 2518-09.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород № 346-102 от 18 мая 2017г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.10.04.000.М.001236.06.17 ОТ 13.06.2017 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV групп патогенности

ООО "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" функционирует на арендуемых площадях ГНУ "НИИСХ "Немчиновка" Россельхозакадемии" с 2002 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6. В связи с изменившимся договором аренды, под осуществление заявленной деятельности ООО "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" были представлены новые площади на 12 этаже 13-ти этажного лабораторного корпуса ГНУ "НИИСХ "Немчиновка" Россельхозакадемии", отдельным отсеком в размере 87 кв.м. Микробиологическое отделение имеет 2 входа: один для сотрудников в "чистую зону", второй - для доставки проб (образцов) - в помещении приема и регистрации проб № 1206 в "заразной зоне" через передаточное окно. В "чистой зоне" находится помещение № 1207 с оборудованием для варки и стерилизации сред, мойки, стерилизации посуды, два паровых стерилизатора, сушильной шкафы, кабинет № 1205 для работы с документами с зонами раздевалки и комнаты персонала. В "заразной зоне" находится комната № 1206 для приема и регистрации проб, с зонами проведения первичных посевов, пересевов, проведения микробиологических исследований с микроорганизмами III-IV групп патогенности в боксах биологической безопасности, термостатирования и обеззараживания отработанного материала в автоклаве. Для работы лаборатории используется пластиковая посуда "разового употребления". На границе зон в соответствии с п. 2.3.8. СП 1.3.2322-08 имеется санитарный пропускник с душем и шкафами для рабочей одежды. Объемно-планировочные решения с разделением на "чистую" и "заразную зону" с 2 входами обеспечивает поточность движения ПБА III-IV групп патогенности. Работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности проводятся в 3-х в боксах абактериальной воздушной среды 2 класса биологической безопасности, оборудованными НЕПА фильтрами. Вентиляция автономная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приточная вентиляция выполнена в автономном режиме, имеет независимую систему воздухопроводов. Вытяжная вентиляция также выполнена в автономном режиме, имеет независимую систему воздухопроводов и оснащена НЕРА фильтром (протокол проверки защитной эффективности фильтров, установленных в вентиляционной системе № ВП. 3167-ПР от 10.03.2017г.). Внутренняя отделка помещений соответствует п. 2.3.11 СП 1.3.2322-08 по их функциональному назначению: в "заразной зоне"- стены на высоту 2 м выложены плиткой, выше и потолок - выкрашены моющей краской, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств; в "чистой зоне" - стены облицованы как плиткой, так и моющейся краской, потолок навесной кассетный - алюминиевая конструкция, окрашенная порошковой краской со встроенными светодиодными светильниками закрытого типа. Пол во всех помещениях выложен плиткой. Все необходимые помещения оборудованы бактерицидными лампами. В рабочих помещениях имеется естественное и искусственное освещение, освещенность на рабочих местах микробиологов 500 лк, что соответствует СанПиН 2.1.2630-10. В микробиологическом отделении имеется коллекция рабочих тест-культур, хранящихся в отдельно закрывающемся холодильнике при температуре 4 градуса. Лаборатория обеспечена централизованным отоплением и холодным водоснабжением, горячее водоснабжение обеспечивается за счет установленных в помещениях водонагревателей. Водоотведение в канализационные сети р.п. Новоивановское.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Г.Т. Фолюшня

И.О., подпись, печать

